

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

INTERPHONE POUR CHAMBRE SOURDE

FICHE N° 149

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Laboratoire Parole et Langage - B. Teston

Domaines : Sciences humaines et sociales

Sous-domaines : Sciences du langage

Organisme : Laboratoire de Parole et Langage d'Aix-Marseille Université

Ville : Aix-en-Provence

Modèle : Mr Teston

Matériaux :

Description

L'Interphone pour chambre sourde se compose d'un boîtier métallique de 22 cm de large sur 35 cm de haut et 18 cm de profondeur. Le côté supérieur est surmonté d'un micro à col de cygne de 50 cm de long. La façade présente en haut deux lumières, une verte à gauche et une rouge à droite. Le milieu de la façade est occupé par un large haut-parleur de 8 pouces.

En bas de la façade se trouvent un bouton alarme et trois entrées Jack. Le côté inférieur comprend une embase métallique pour fixer le haut-parleur sur un pied de baffle standard. La côté inférieur comporte aussi un connecteur mâle DIN 9 points pour permettre le raccordement à un pupitre associé mais non inventorié.

Cet interphone devait être raccordé à un pupitre de contrôle via un câble multibrins avec connecteurs DIN 9 points.

L'unique bouton permet d'émettre un signal sonore sur le pupitre de contrôle. Les différents connecteurs Jack permettent de recevoir/émettre des signaux divers depuis/vers le pupitre de contrôle.

Cet instrument devait permettre de communiquer depuis la chambre sourde avec la régie audio dans laquelle se trouvait le pupitre de contrôle. Malheureusement M. Teston n'ayant jamais terminé la fabrication du pupitre, cet interphone ne fut jamais en service.

Utilisation

Cet appareil est conservé dans les collections d'instruments du Laboratoire de Parole et Langage à Aix-en-Provence.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Interphone pour chambre sourde (Laboratoire Parole et Langage - B.Teston), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=24294>, consulté le 2026-10-25