

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SPECTROPHOTOMÈTRE INFRA ROUGE

FICHE N° 448

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Perkin Elmer LTD ; Perkin Elmer LTD ; Perkin Elmer LTD

Domaines : Chimie, Physique

Sous-domaines : Chimie analytique

Organisme : Fédération des Sciences Chimiques de Marseille

Ville : Marseille

Modèle : 1600 séries FTIR

Matériaux :


Description

Le spectrophotomètre infrarouge de Perkin-Elmer à transformée de Fourier est équipé d'une console de commande sur la face avant. Au contraire du mode dispersif, ce mode permet l'utilisation d'un faisceau lumineux polychromatique pour balayer une large gamme du spectre infrarouge.

Utilisation

Cet appareil était utilisé dans les salles de travaux pratiques de chimie et en laboratoire pour l'identification de composés ou la détermination de la composition d'un échantillon à l'université Aix-Marseille III au XXe siècle. L'objet se trouve dans une salle du laboratoire et il est utilisé pour l'enseignement. L'objet se trouve dans une salle du laboratoire, il est utilisé pour l'enseignement.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Spectrophotomètre Infra Rouge (Perkin Elmer LTD ; Perkin Elmer LTD ; Perkin Elmer LTD),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=24593>, consulté le 2026-07-28