

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SPECTROSCOPE

FICHE N° 10

Période de fabrication : 1875-1899

Fabricant : Maison Jules Duboscq Ph. Pellin

Domaines : Physique

Sous-domaines : Optique

Organisme : Université de Tours

Ville : Tours

Modèle :

Matériaux : Etain, Etain, Etain, Etain, Verre flint, Verre crown, Métal

Description

Ce spectroscope 1049 de la maison Jules Duboscq Ph. Pellin est un appareil qui sert à produire et étudier les spectres de différentes sources lumineuses. Il est principalement composé d'un collimateur, d'un prisme, d'une lunette et d'un micromètre. On éclaire le micromètre avec une bougie. Une tige porte du sel métallique à étudier : elle est chauffée à l'aide d'un bec Bunsen. On place l'œil devant l'oculaire de la lunette et on fait la mise au point. On voit alors nettement les images du spectre et du micromètre. En effet, les rayons sortant du collimateur tombent sur le prisme. Ils y sont dispersés. Les rayons sortant sont parallèles entre-eux. La lunette est déplacée de telle sorte qu'elle les reçoit parallèles à son axe principal. Les raies du spectre lumineux étudié sont ainsi repérées. Le sel métallique est alors analysé.

Utilisation

Cet instrument provient de l'école de médecine et de pharmacie de Tours, et a été donné par l'UFR de sciences pharmaceutiques en juillet 2014.





*Monsieur Jules Duboseq
Ph. Tellen
Paris*



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Spectroscope (Maison Jules Duboscq Ph. Pellin), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=25210>, consulté le 2026-07-28