

APPAREIL DE MESURE PH-MÈTRE PORTABLE

FICHE N° 405

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Philips

Domaines : Environnement

Sous-domaines : Hydrologie

Organisme : SIERG

Ville : Echirolles (Isère)

Modèle : PR 9401

Matériaux : Métal, Plastique

Description

Cet appareil PHILIPS PR 9401 de forme parallélépipédique comporte des boutons de réglages : tarage du réglage, température et des prises pour les sondes (absentes pour cet exemplaire).

Le pH-mètre PHILIPS est accompagné de ses deux piles MAZDA (F1502 PIPHOT 22,5V), Gipel pour Photoflash.

Utilisation

Cet appareil servait à mesurer le pH de l'eau dans le cadre des analyses du SIERG. C'est un appareil transportable, dans un coffret de bois (absent). Il est muni d'une courroie de cuir pour les analyses "sur le terrain".







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil de mesure pH-mètre portable (Philips), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28195>, consulté le 2026-07-26