

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

INSTRUMENT DE CHIRURGIE ÉCARTEUR AUTOSTATIQUE À BLOCAGE À VIS

FICHE N° 506

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Simal, D.

Domaines : Médecine hospitalière

Sous-domaines : Chirurgie

Organisme : CHU-MGSM

Ville : Grenoble (Isère)

Modèle :

Matériaux : Acier chromé, Acier inoxydable

Description

Il s'agit d'un grand écarteur réglable à vis centrale, sur la quelle s'articulent deux branches se faisant face, elles-mêmes prolongées de deux valves à tête mobile. L'ensemble se caractérise par sa résistance à l'effort et permet, grâce à la vis de blocage, une stabilisation assurée de l'instrument en position d'intervention. Cet exemplaire porte la marque du fabricant DSimal.


Comme tout instrument de chirurgie devant subir les contraintes d'une stérilisation par la chaleur, cet écarteur droit est en métal revêtu (chrome). Il comporte à la base de la lame le poinçon de son fabricant.

Utilisation

Cet instrument de chirurgie abdominale est utilisé pour écarter les tissus (ou matières molles), en s'appuyant éventuellement sur de la matière osseuse, et exposer ainsi la structure ou la zone sur laquelle doit se pratiquer l'intervention chirurgicale. Exemplaire réformé, de type ancien, mais dont le principe est toujours utilisé de nos jours.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Instrument de chirurgie Écarteur autostatique à blocage à vis (Simal, D.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28295>, consulté le 2026-07-15