

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

INSTRUMENT DE CHIRURGIE SERINGUE

FICHE N° 1013

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Socorex

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine

Organisme : Anatomie

Ville : Grenoble (Isère)

Modèle : Standard 50

Matériaux : Métal, Verre

Description

La seringue Standard 50 de Socorex se compose d'une armature en acier inoxydable contenant un tube en verre gradué de 0 à 20 ml et un piston également métallique. Elle est munie à une extrémité de trois anneaux permettant une meilleure préhension par l'opérateur, notamment lors de la manipulation de produits visqueux, et l'actionnement du piston. À l'autre extrémité est vissé un embout.

Les seringues Standard de Socorex étaient, avec celles de la marque Henke, innovantes lors de leur conception dans les années 1960. Il s'agit en effet de la première génération de seringue dont les éléments (tube en verre, embout) étaient interchangeables afin de créer une seringue adaptée au besoin de l'acte à pratiquer.


Sur cet exemplaire, il a été vissé un double embout (en V) crénelé : ce type d'embout permet d'aspirer les liquides par un côté et de les rejeter par l'autre.

Utilisation

Cette seringue Standard 50 de Socorex a été utilisée à l'école de médecine de Grenoble. Elle permettait d'aspirer un produit de contraste par un embout et de l'injecter par le second embout afin d'opacifier les voies biliaires et le réseau artériel, préalablement à une radiographie.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Instrument de chirurgie Seringue (Socorex), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28767>, consulté le 2026-07-25