

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

INSTRUMENT DE CHIRURGIE SERINGUE

FICHE N° 1014

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Henke

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine

Organisme : Anatomie

Ville : Grenoble (Isère)

Modèle :

Matériaux : Acier inoxydable, Verre


Description

La seringue Ultra-Asept du fabricant Hanke se compose d'une armature en acier inoxydable contenant un tube en verre gradué de 0 à 10 ml et un piston également métallique. Elle est munie à une extrémité de trois anneaux permettant une meilleure préhension par l'opérateur, notamment lors de la manipulation de produits visqueux, et l'actionnement du piston. À l'autre extrémité est vissé un embout courbé.

La seringue Ultra-Aspet d'Hanke était innovante lors de sa conception dans les années 1960. Il s'agit en effet de la première génération de seringue dont les éléments (tube en verre, embout) étaient interchangeables. Cela permettait une plus grande fonctionnalité (selon l'embout choisi) et pérennité (le tube en verre était remplacé en cas de casse).

Utilisation

Cette seringue a été utilisée à l'école de médecine de Grenoble des années 1940-1950 jusqu'aux années 1970 environ. Elle a pu servir à l'injection de différents produits lors de travaux d'anatomie : gélatine chaude (liquide), latex coloré, produits de contraste préalables à une radiographie ou encore cire chaude.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Instrument de chirurgie Seringue (Henke), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28768>, consulté le 2026-07-25