

ANALYSEUR D'AMPLITUDE À TORES DE FERRITE

FICHE N° 4829

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Société d'Electronique et d'Instrumentation Numérique (SEIN)

Domaines : Physique

Sous-domaines : Thermodynamique

Organisme : Université de Rouen Normandie

Ville : Saint-Etienne-du-Rouvray

Modèle : Spectrozoom SZ 82

Matériaux : Plastique, Métal, Bakélite, Cuir

Description

L'analyseur d'amplitude à tores de ferrite se présente sous la forme d'un boîtier rectangulaire aux façades en simili-bois de couleur marron. L'appareil est muni d'une poignée de transport en cuir. La face principale présente une série de commandes et de paramètre de contrôle (mesure de temps, mesure de tension, mémoire...), au dos, une série de bornes pour des branchements d'alimentation et de périphérique.

Utilisation

Cet appareil pouvait être utilisé sous différents modes : analyse d'amplitude, mutliéchelle, histogramme de temps, histogramme d'amplitude, extraction d'un signal récurrent dans un bruit. Cet exemplaire était utilisé à des fins de recherche au laboratoire COMPLEXE de Recherche Interprofessionnel en Aérothermochimie (CORIA) à Rouen.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Analyseur d'amplitude à tores de ferrite (Société d'Electronique et d'Instrumentation Numérique (SEIN)),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=28834>, consulté le 2026-07-25