

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

DÉCALEUR D'ORIGINE UNIVERSEL

FICHE N° 2323

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : HEITO

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université de Nantes - Institut universitaire de technologie (IUT)

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux : Métal


Description



Ce décaleur d'origine universel HEITO est composé d'un décaleur avec pile-étalon au mercure. Il est couplé à un pH-mètre et millivoltmètre électronique à lampes HEITO. Ce dernier est en forme de pupitre et présente une lecture des mesures par aiguille. Le décaleur est un prallélépipède métallique comportant 2 fiches de connexion sur chacun de ses côtés.

Le décaleur permet de compléter le pH-mètre millivoltmètre pour mesurer des forces électromotrices. Il est constitué d'une pile étalon de Weston et d'un commutateur à plusieurs positions.

Utilisation

Cet appareil de précision était utilisé en laboratoire et pour les travaux pratiques des étudiants en chimie à l'UFR des sciences et techniques de l'Université de Nantes.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Décaleur d'origine universel (HEITO), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=3004>, consulté le 2026-07-22