

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MULTIMÈTRE DIGITAL

FICHE N° 3981

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Fluke

Domaines : Physique

Sous-domaines : Acoustique

Organisme : ENSC (École Nationale Supérieure de Cognitique)

Ville : Talence cedex

Modèle : 8050A

Matériaux : Plastique, Composants électroniques

Description

Ce multimètre digital de la marque américaine Fluke modèle 8050A, produit dans les années 1980, permet de réaliser les mesures suivantes : tension continue, tension alternative (linéaire et dB), courant continu, courant alternatif, résistance, conductance, test de diode et une fonction de référence relative qui marche avec toutes les fonctions de mesure. Ces unités offrent une précision CC sur une base de 0,03 %, de 20 Hz à 50 kHz d'efficacité.

Utilisation

Auparavant utilisé dans le laboratoire de psychoacoustique sur le campus Carreire, il permettait de contrôler le voltage de signaux électriques en entrée d'écouteurs, lors d'expérimentations acoustiques sur des sujets. Il est actuellement conservé à l'ENSC.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Multimètre digital (Fluke),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=30460>, consulté le 2026-07-25