

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

LAME DE VERRE À AFFÛTER DE MICROTOME STIASSNIE

FICHE N° 5257

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : STIASSNIE

Domaines : Santé, Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Université de Rennes - Campus de Beaulieu

Ville : Rennes

Modèle :

Matériaux : Verre, Bois

Description


Trouvée dans les collections de l'Université de Rennes, provenant de la faculté de médecine ou de la biologie, cette boîte en bois contient une lame de verre de microtome, fournie par le constructeur STIASSNIE à Paris.

Longueur de la lame : 27 cm, largeur : 7 cm

Utilisation

La plaque de verre opaque STIASSNIE est fixée dans un bloc en bois rectangulaire. Cette lame de verre, conservée dans un coffret de rangement en bois marqué STIASSNIE à Paris, était utilisée pour maintenir l'affûtage des lames de microtome. L'opérateur diluait une poudre abrasive dans de l'huile qu'il étalait sur la plaque de verre, puis repassait le fil de la lame de microtome à plat sur la plaque de verre, avant de la repositionner dans les microtomes. Elle provient d'un laboratoire de Biologie de la faculté des sciences de Rennes, où elle est maintenant conservée.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, lame de verre à affûter de Microtome STIASSNIE (STIASSNIE), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=32061>, consulté le 2026-07-24