

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ENREGISTREUR HEATHKIT

FICHE N° 2602

Période de fabrication : 1950-1974
Fabricant : Heath Company ; Heath Company
Domaines : Physique, Chimie
Sous-domaines : Chimie organique
Organisme : Université Catholique de l'Ouest
Ville : Angers
Modèle : IR-18 M
Matériaux : Métal, Composants électriques

Description

L'enregistreur

Heathkit IR-18-M est un modèle de table. Le boîtier comporte un moteur qui déroule le rouleau de papier sur largeur utile de 25,4 cm (10 inches). La sensibilité à pleine échelle est 1 mV ou 10 mV. 12 vitesses de déroulement du papier : 5, 10, 20, 50, 100, 200 sec/inch ou min/inch.

C'est un appareil plutôt rudimentaire de faible prix d'achat.


Utilisation


L'enregistreur

Heathkit IR-18-M a été utilisé pour des travaux de recherche dans le laboratoire de chimie de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.

L'appareil

livré en kit a été monté par G Le Guillanton, chercheur au CNRS, professeur à l'Université Catholique de l'Ouest.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Enregistreur HEATHKIT (Heath Company ; Heath Company), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=3282>, consulté le 2026-07-22