

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

DEUX RACCORDS À VALVES

FICHE N° 2733

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Inconnu

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine

Organisme : Association Histoire des hôpitaux et patrimoine de la santé à Nantes

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux : Plastique Plexiglas, marque déposée, Métal

Description


Les deux raccords à valves sont en plexiglas. Ils permettent de raccorder une sonde à un autre dispositif. Formés par un tube creux contenant une soupape métallique, ils servent à éviter les reflux d'air ou de liquide.

Il est possible d'adapter sur ce raccord un ballon de ventilation manuelle ou automatique.

Utilisation

Ces petits accessoires étaient utilisés en anesthésie-réanimation au CHU de Nantes.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Deux raccords à valves (Inconnu),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=3413>, consulté le 2026-07-22