

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SONDES D'INTUBATION ENDO-TRACHÉALE

FICHE N° 2734

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : RUSH ; A. Charles King

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine

Organisme : Association Histoire des hôpitaux et patrimoine de la santé à Nantes

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux : Caoutchouc, Gomme

Description



Ces exemples de sondes endo-trachéales servent à intuber le patient. Il s'agit de tubes en caoutchouc, munis en général d'un ballonnet pour les gonfler et les immobiliser lorsqu'elles sont en place. Elles sont introduites à l'aide d'un mandrin, une tige métallique autour de laquelle elles sont glissées et que l'on retire ensuite. Les sondes sont munies d'embouts amovibles en métal ou en plastique. Elles étaient stérilisées avant usage.


Le ballonnet gonflé à la seringue est muni d'un petit ballon extérieur qu'il faut dégonfler pour ôter la sonde. Ce ballonnet évite aussi les fuites.



Utilisation




Ces sondes ont été utilisées en anesthésie-réanimation au CHU de Nantes.














Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Sondes d'intubation endo-trachéale (RUSH ; A. Charles King), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=3414>, consulté le 2026-07-22