

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MASQUE D'ANESTHÉSIE À TRILÈNE

FICHE N° 2781

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Laboratoires Avlon

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine, Anesthésie

Organisme : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Ville : Nantes

Modèle : TRILEN 2

Matériaux : Métal, Plastique

Description

Le masque d'anesthésie à trilène TRILEN 2 des Laboratoires AVLON présente un masque en plastique positionné à l'extrémité d'un récipient métallique. La partie supérieure du récipient peut s'ouvrir pour y insérer du trilène ou un trichloréthylène, qui est un produit anesthésiant. Il est possible de régler le débit du produit en faisant tourner la partie inférieure du récipient.

Utilisation

Cet élément a été utilisé par le service d'anesthésie-réanimation de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Nantes.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Masque d'anesthésie à trilène (Laboratoires Avlon), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=3461>, consulté le 2026-07-22