

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

POUSSE SERINGUE ÉLECTRIQUE

FICHE N° 2792

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Fresenius Vial

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine, Anesthésie

Organisme : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Ville : Nantes

Modèle : Pilote A2 IEC

Matériaux : Plastique


Description

Le pousse seringue électrique Pilote A2 IEC de FRENESIUS VIAL est en forme de pupitre. Un espace en forme de berceau peut y accueillir une seringue. Les ailettes de la seringue sont bloquées au niveau du piston. Un pousse seringue électrique sert à régler le débit et la durée très précise d'injection d'un produit à un patient. Un tableau de commande permet de programmer et de régler les paramètres de l'injection.

La médication se fait par un prolongateur à la tubulure de perfusion du patient. Le pousse-seringue est connecté à cette tubulure grâce à un robinet trois voies et une valve anti-reflux. Le piston de l'appareil est muni d'un système de vis sans fin qui va faire pression sur le piston de la seringue.

Utilisation

Cet instrument a été utilisé par le service d'anesthésie-réanimation de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Nantes.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pousse seringue électrique (Fresenius Vial), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=3472>, consulté le 2026-07-22