

ASPIRATEUR DU DR. POTAIN , COLLIN-CHARRIÈRE

FICHE N° 5393

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1900-1924

Fabricant : Collin

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Université de Rennes

Ville : Rennes

Modèle : dr. Potain

Matériaux : Bois, Velours, Métal, Verre, Caoutchouc

Description


L' instrument, appelé aspirateur du Docteur Potain, retrouvé à la faculté de médecine de de Rennes, a été commercialisé par la Maison Collin / Charrière à Paris. L'ensemble des pièces est conservé dans un coffret en bois et comprend une pompe en acier munie à son extrémité de deux embouts, une tige creuse métallique à double conduit se bifurquant en deux branches munies chacune d'un robinet, des trocars de calibre différents et des canules. Dans un tiroir situé sous les trocars se trouvent deux tuyaux, un en caoutchouc marron et un recouvert d'un tissu vert. L'ensemble est contenu dans un coffret doublé de velours violet comportant l'inscription « Aspirateur du Dr Potain » et le nom du fabricant « Collin à Paris, Maison Charrière ».

Utilisation

Cet ensemble était utilisé pour évacuer des liquides pathologiques en particulier au cours de certaines pleurésies. Il pouvait aussi servir à évacuer l'urine d'une vessie en rétention ou les gaz d'un intestin étranglé par une hernie. L'instrument est conservé dans les collections de l'Université de Rennes. Ce dispositif permet, soit l'aspiration du liquide contenu dans la cavité pleurale qui est recueilli dans le récipient en verre, soit en modifiant la position des robinets à 2 voies, d'injecter dans la cavité pleurale un médicament. Il est très bien décrit par le Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes (CPHR) sur son site internet.

Voir à : <https://www.cphr.fr/>











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Aspirateur du Dr. Potain , Collin-Charrière (Collin), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=35472>, consulté le 2026-09-02