

THERMOLAIR HIBERNATION

FICHE N° 29487

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Inconnu

Domaines : Médecine hospitalière

Sous-domaines : Recherche médicale

Organisme : Bibliothèque Centrale du Service de Santé des Armées (BCSSA)

Ville : Paris

Modèle :

Matériaux : Fer, Peinture, Bakélite, Plastique, Caoutchouc, Acier inoxydable

Description

Ce thermolair se compose d'un boîtier métallique rectangulaire. Sur sa face principale, deux poignées verticales métalliques encadrent un cadran rectangulaire, gradué en éventail de 25 à 40. Une aiguille indique la valeur. Une flèche rouge est positionnée approximativement au niveau de la valeur 34. Près du cadran, deux leviers encadrent trois lampes. Au-dessous, deux molettes à crans encadrent un fusible dévissable. A l'arrière de l'appareil part le câble de branchement avec prise. Sur les côtés et à l'arrière de l'appareil se trouvent des fentes d'aération.

Cet appareil appartenait à un ensemble plus vaste dédié à l'anesthésie des patients : il contribuait à refroidir les gaz anesthésiants transmis aux patients.

Utilisation

Cet appareil a été utilisé au sein du laboratoire d'Eutonologie d'Henri Laborit à l'hôpital Boucicaut à Paris.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Thermolair Hibernation (Inconnu), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=35835>, consulté le 2026-09-01