

SYSTÈME VIGIL 80

FICHE N° 29489

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : CGR bio médical et chirurgical

Domaines : Médecine hospitalière

Sous-domaines : Recherche médicale

Organisme : Bibliothèque Centrale du Service de Santé des Armées (BCSSA)

Ville : Paris

Modèle :

Matériaux : Fer, Peinture, Plastique, Aluminium

Description

Cet appareil est composé d'un long et lourd boîtier métallique rectangulaire. A une de ses extrémités, on trouve un petit cadran bombé avec une bande défilante arrêtée sur 0. En dessous se trouve une molette. Sur cette même face, on trouve, de haut en bas, un levier (position F1 ou F2), un bouton jaune, une molette jaune à crans, graduée de 12.5 à 400 mmHg, un second levier (trois positions : REPOS, INST. et MOY.) et une prise transducteur. A l'autre extrémité, un boîtier noir possède plusieurs zones de branchements électriques sur ses deux faces latérales (câblage manquant), dont l'une possède aussi un levier. Sur la face extérieure, deux alvéoles de plastique protègent sans doute du câblage et, en partie basse, un bouton coulissant permet de sélectionner une tension de 115 V ou 220 V. Sur les faces latérales de l'appareil, des fentes d'aération permettent de voir l'installation interne (câbles, circuit électrique...). Les câbles d'alimentation et de connexion manquent.

Cet appareil permettait sans doute de mesurer de la pression artérielle.

Utilisation

Cet instrument a été utilisé au sein du laboratoire d'Eutonologie d'Henri Laborit à l'hôpital Boucicaut à Paris.













Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Système VIGIL 80 (CGR bio médical et chirurgical), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=35837>, consulté le 2026-09-01