

BALANCE DE PRÉCISION

FICHE N° 2910

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Inconnu

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université de Nantes - UFR des Sciences pharmaceutiques et biologiques

Ville : Nantes

Modèle : à bain d'huile

Matériaux : Acier

Description




Cette balance de précision est munie d'un contenant, appelé bain, positionné à l'arrière de l'instrument. Ce bain est rempli d'huile et sert d'amortisseur hydraulique afin de ralentir les mouvements des plateaux lors de la mesure. La portée maximale est de 200 g et la sensibilité est de 2 mg.


Utilisation

Cette balance était utilisée par le laboratoire de Biohysique de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Nantes.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Balance de précision (Inconnu),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=3590>, consulté le 2026-07-22