

TITRATEUR

FICHE N° 1034

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : METROHM

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université Avignon, UMR SQPOV (Sécurité et qualité des produits d'origine végétale)-I

Ville : Avignon

Modèle : 888 Titrande (distributeur soude) et 814 USB sample processor (passeur et titreur)

Matériaux :

Description

Le titrateur fabriqué par Metrohm sert à mesurer l'acidité titrable. L'appareil se compose d'un distributeur de soude, d'un titreur avec sonde pH et d'un passeur automatique. Les échantillons broyés déposés dans des béchers sont installés sur le passeur, puis on va mesurer la quantité de soude nécessaire pour atteindre pH7. Les analyses sont récupérées sur l'ordinateur.

Utilisation

L'objet est utilisé pour la recherche.

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Titracteur (METROHM),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=36742>, consulté le 2026-10-18