

RHÉOSTAT

FICHE N° 3226

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1900-1924

Fabricant : Inconnu

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université de Nantes - UFR des Sciences pharmaceutiques et biologiques

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux : Bois, Bois, Métal

Description

Ce rhéostat à curseur, sur socle en bois, est formé d'un bobinage qui repose sur une structure métallique. Au sommet, un curseur, en contact avec la bobine, est installé sur une barre métallique.

L'appareil permet de régler l'intensité du courant électrique passant dans un circuit. Pour régler cette résistance on fait coulisser le curseur le long de la barre parallèle à la bobine. Cette manipulation détermine la longueur de la bobine du rhéostat qui sera utilisé dans le circuit.

Utilisation

Cet appareil était utilisé pour l'enseignement par le service de Biophysique de l'Université de Nantes.

Volume de l'échantillon : _____ litres

Remis à : DOUAI 28.7.69



Centre Séparateurs
deux le face

Emargements : Poid N° 4

Divers : _____

Ex. 111 bis _____

5



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Rhéostat (Inconnu),

<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=3906>, consulté le 2026-07-23