

LUXMÈTRE

FICHE N° 3323

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : L.A.P.

Domaines : Sciences humaines et sociales

Sous-domaines : Psychologie

Organisme : Université de Nantes - Faculté de Psychologie

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux : Cuir, Métal

Description

Le luxmètre fabriqué par L.A.P. en bakélite noire est rangé dans un coffret en simili cuir transportable. Il est composé de deux parties : une sonde mobile reliée à un système de lecture à aiguille. La sonde possède une cellule photovoltaïque et détecte le flux de lumière incident. Ce flux est transformé en signal électrique visualisé par le déplacement de l'aiguille sur le cadran.

Utilisation

Cet appareil a été utilisé par la Faculté de Psychologie de l'Université de Nantes en enseignement.

Un luxmètre est un appareil permettant de mesurer l'intensité lumineuse. L'unité de mesure est le lux. Il a été utilisé pour contrôler des paramètres lors d'expérience.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Luxmètre (L.A.P.),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4003>, consulté le 2026-07-23