

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

VALVE DE RÉGULATION POUR GAZ SOUS PRESSION

FICHE N° 31226

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Lüdi H.

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle :

Matériaux : Acier inoxydable, Plastique

Description

La valve de régulation Fluka pour gaz sous pression, se visse sur de petites bouteilles de gaz comprimés afin de contrôler le débit d'une manière très fine. La rotation d'une clé, placée en bout de la valve, déplace une pointe conique avec une grande précision. Ce modèle était monté sur une petite bouteille de chlorure de méthyle CH_3Cl .


Utilisation

La valve de régulation pour gaz sous pression a été utilisée dans le laboratoire de recherche de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Valve de régulation pour gaz sous pression (Lüdi H.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4870>, consulté le 2026-07-24