

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

THERMOMÈTRE À ALCOOL NORMALISÉ ASTM, FAHRENHEIT

FICHE N° 31402

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Brand

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique, Chimie analytique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle : ASTM 6F

Matériaux : Verre, Alcool

Description



Le thermomètre à alcool normalisé ASTM gradué sur tige, permet des mesures sur l'intervalle -100° et $+76^{\circ}\text{F}$, avec une précision de deux degrés Fahrenheit. Pour faciliter la lecture l'alcool est coloré en rouge. Un repère indique la longueur qui doit être immergée. Ce thermomètre est fabriqué selon la norme ASTM (American Standards of Technical Material). Cet organisme de normalisation élabore des normes techniques concernant les matériaux, les produits, les systèmes, les services. Il a été fondé en 1898 aux Etats-Unis sous la direction de Charles Benjamin Dudley.


Utilisation

Le thermomètre normalisé ASTM à alcool a été utilisé pour des travaux de recherche dans le laboratoire de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Thermomètre à alcool normalisé ASTM, Fahrenheit (Brand), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=5046>, consulté le 2026-07-24