

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PONT DE MESURE DE RÉSISTANCE

FICHE N° 543

Période de fabrication : 1900-1924

Fabricant : AOIP

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : Supélec

Ville : Gif Sur Yvette

Modèle :


Matériaux :



Description


L'appareil comprend une résistance de comparaison de 5 décades avec une résolution du dixième d'ohm. Le rapport des résistances des bras de pont est affiché par déplacement de la fiche. Les deux interrupteurs P et G sont destinés à connecter respectivement la pile d'alimentation et le galvanomètre.

Utilisation

Cet appareil a été utilisé en travaux pratiques à Supélec dans la première moitié du 20e siècle.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pont de mesure de résistance (AOIP),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=5761>, consulté le 2026-07-24