

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CUVES DU SPECTROCOLORIMÈTRE 320 R CONSTANT

FICHE N° 112

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Inconnu

Domaines : Physique, Environnement

Sous-domaines : Géographie

Organisme : Université de Toulouse Le Mirail (UTM)

Ville : Toulouse


Modèle :

Matériaux :

Description

Les cuves du spectrophotomètre 320 R Constant permettent la mesure colorimétriques (teinte, clarté, saturation...) d'échantillons à doser. La cuve dépend de la gamme de longueur d'onde requise et du volume d'échantillon disponible. Les cuves en verre sont adaptées seulement à la région visible du spectre, tandis que le quartz peut être utilisé à la fois en UV et en visible. Une cuve de 10 mm type contient 2 à 3 ml d'échantillon.

Utilisation



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Cuves du spectrophotomètre 320 R constant (Inconnu), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=6481>, consulté le 2026-07-24