

BALANCE DE COTTON

FICHE N° 315

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Association des ouvriers en instruments de précision - AOIP

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : Institut national des sciences appliquées (INSA)

Ville : Toulouse


Modèle :

Matériaux :

Description

La balance de Cotton AOIP permet la mesure absolue des inductions magnétiques par la loi de Laplace. Sur un plateau rectangulaire métallique est dressée une potence trapézoïdale supportant deux bras ; l'un est relié à des fils électriques, l'autre supporte un fléau et un plateau de pesée. La position d'équilibre du fléau est repérée par une aiguille se déplaçant devant un écran gradué muni d'un miroir de parallaxe. Deux vis latérales permettent de bloquer l'aiguille pour le transport. La branche de droite du fléau supporte un poids en laiton, qui se déplace par glissement pour le réglage grossier de l'équilibre avant utilisation. Ce poids est prolongé par une tige fileté sur laquelle se visse un écrou afin d'ajuster de manière fine l'équilibre à vide. La branche de gauche du fléau présente à son extrémité un circuit électrique composé de deux arcs de cercle dont le centre O se trouve sur l'axe de la balance. Ces arcs de cercle sont réunis en haut et en bas par des segments de fil dont les extrémités sont alignées avec le point O. Pour effectuer une mesure, le circuit électrique, et donc le segment inférieur joignant les deux arcs de cercle, est traversé par un courant d'intensité I connue. Le segment inférieur, de longueur l , est placé perpendiculairement au champ magnétique uniforme B à mesurer. Il est alors soumis à une force verticale dirigée vers le bas, dont l'intensité est proportionnelle à la valeur du champ magnétique ; cette force déséquilibre le fléau. A l'extrémité de la branche droite du fléau se trouve un plateau, sur lequel on pose des poids marqués, afin de rétablir l'équilibre. Connaissant la masse des poids et les valeurs l et I , il est possible de calculer B .

Utilisation



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Balance de Cotton (Association des ouvriers en instruments de précision - AOIP), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=6730>, consulté le 2026-06-14