

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CALIBREUR ACOUSTIQUE TYPE 4142

FICHE N° 1679

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Brüel & Kjaer

Domaines : Physique

Sous-domaines : Acoustique

Organisme : Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS)

Ville : Toulouse

Modèle :

Matériaux : Métal

Description

Ce système d'étalonnage de microphone de Type 4142 fait par Brüel & Kjaer est un instrument de laboratoire qui permet de régler et de calibrer le niveau sonore des microphones. La calibration est basée sur la méthode de réciprocité.

Utilisation

Cet instrument était utilisé à l'Université Paul Sabatier dans la deuxième moitié du XXe siècle.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Calibreur acoustique type 4142 (Brüel & Kjaer), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=8461>, consulté le 2026-07-25