

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

## ANALYSEUR DE FRÉQUENCE TYPE 2107

FICHE N° 1695

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Brüel & Kjaer

Domaines : Physique

Sous-domaines : Acoustique

Organisme : Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS)

Ville : Toulouse

Modèle :


Matériaux : Plastique, Métal

### Description

Cet analyseur de fréquences Type 2107 de Brüel & Kjaer permet de faire une analyse spectrale d'un signal acoustique. Ce modèle peut être couplé avec l'appareil d'ondes stationnaires, pour que les coefficients d'absorption de puissance sonore puissent être mesurés, directement sans calcul.

### Utilisation

Cet instrument était utilisé à l'Université Paul Sabatier dans la deuxième moitié du XXe siècle.





**Pour nous citer :**

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Analyseur de fréquence type 2107 (Brüel & Kjaer), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=8477>, consulté le 2026-07-25