

LUXMÈTRE CDA 814

FICHE N° 1912

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : CDA la mesure française ; Chauvin-Arnoux ; Georges Zissis

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electrotechnique

Organisme : Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS)

Ville : Toulouse

Modèle : CDA 814

Matériaux :

Description

Le luxmètre CDA 814 de CDA La mesure française, permet de mesurer la quantité de lumière. La mesure se fait en lux, le lux correspond à la lumière émise par une bougie située à un mètre. La lumière reçue est transformée en un signal électrique proportionnel au rayonnement lumineux. Ce signal est visualisé par la position d'une aiguille sur l'écran analogique de l'instrument, gradué.

Utilisation

Le luxmètre servait à la mesure des éclairagements.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Luxmètre CDA 814 (CDA la mesure française ; Chauvin-Arnoux ; Georges Zissis), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=8694>, consulté le 2026-07-25