

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PH-MÈTRE CG820

FICHE N° 5918

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : SCHOTT GERÄTE

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Biologie végétale

Organisme : Université Toulouse III Paul Sabatier

Ville : Toulouse

Modèle :

Matériaux :

Description

Le pH-mètre Schott-Geräte

CG820 permet de mesurer le potentiel hydrogène (pH) d'une solution. Il est constitué d'un boîtier électronique et d'une sonde à deux électrodes (électrode de verre et électrode de référence). La mesure du pH s'affiche sur le boîtier. La marque de certification pour les équipements techniques Geprüfte Sicherheit «Sécurité testée», atteste que l'équipement répond aux exigences de sécurité allemande et, le cas échéant, européennes.

Utilisation

Cet instrument était utilisé au LRSV de l'Université Paul Sabatier dans les années 1990 pour la mesure et l'ajustement du pH, lors de la préparation de solutions et de milieux de culture pour plantes et bactéries.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, PH-mètre CG820 (SCHOTT GERÄTE),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=9102>, consulté le 2026-07-25