

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

POTENTIOMÈTRE THERMOÉLECTRIQUE 3589R TYPE DIESELHORST

FICHE N° 6102

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Tinsley and Co

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS)

Ville : Toulouse

Modèle : 3589R

Matériaux : Cuivre

Description

Le potentiomètre thermoélectrique 3589R type Diesselhorst de Tinsley & Co permet de mesurer ou de comparer des différences de potentiels électriques. L'indicateur de zéro se compose d'un amplificateur et d'un galvanomètre. L'appareil est équipé de 12 bornes en cuivre pour les raccordements à l'arrière de l'appareil. Il peut être couplé avec un inverseur de courant.

Utilisation

Cet instrument était utilisé à l'Université Paul Sabatier dans la deuxième moitié du XXe siècle.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Potentiomètre thermoélectrique 3589R type Dieselhorst (Tinsley and Co), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=9286>, consulté le 2026-07-25